Kopie! Origineel in de blauwe NMi-map of bij de beheerder

VERKLARING

Geldig tot: 10 augustus 2016

nummer 15204448.1000.1
blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Zeeland-West Brabant Achter de Houttuinen 10 4331 NJ MIDDELBURG
Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

fabrikaat	:	Intoximeters
type	:	Intox EC/IR
serienummer	:	04670
typegoedkeuringsnummer	:	T5973
kalibratienummer	:	4670018

Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 27 januari 2016.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMi Certin, 27 januari 2016

Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMi Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
Nederland
T +31 (0)78 633 23 20
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

1061.933-1023
Gielen, J.F.P.

INSPECTIE
RvA I 122

Kopie! Origineel in de blauwe NMi-map of bij de beheerder

Geldig tot: 10 augustus 2016

AANVULLENDE VERKLARING

nummer 15204448.1000.1A
blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Zeeland-West Brabant Achter de Houttuinen 10 4331 NJ MIDDELBURG
Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).

fabrikaat	:	Intoximeters
type	:	Intox EC/IR
serienummer	:	04670
typegoedkeuringsnummer	:	T5973
kalibratienummer	:	4670018

Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 27 januari 2016.
Resultaat	Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMi Certin, 27 januari 2016

Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMI Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
Nederland
T +31 (0)78 633 23 20
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

1061.933-1023
Gielen, J.F.P.

INSPECTIE RvA I 122