



Aanvrager Politie Noord-Nederland
Noorderend 4
9207 AL Drachten

Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek
fabrikaat	: Turnkey Instruments
type	: Tintman
typegoedkeuringsnummer	: TP7611
serienummer	: 2173
meetbereik	: 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 15 januari 2026.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeters aan de *Regeling meetmiddelen politie 2022* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeters*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking

Deze verklaring vervalt op 15 januari 2027 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 15 januari 2026

Certificatiebestuur