# VERKLARING

nummer 3761289.00102.1
blad 1 van 1

| | |
|---|---|
| Aanvrager | Politie Noord-Nederland<br>Noordereind 4<br>9207 AL Drachten |
| Aangeboden | Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek |

| | | |
|---|---|---|
| fabrikaat | : | Turnkey Instruments |
| type | : | Tintman |
| typegoedkeuringsnummer | : | TP7611 |
| serienummer | : | 2212 |
| meetbereik | : | 0-100 % transmittantie |

| | |
|---|---|
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 15 november 2024. |
| Resultaat | Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidmeters aan de *Regeling meetmiddelen politie 2022* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidmeters*. |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden. |
| Opmerking | Deze verklaring vervalt op 15 november 2025 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De certificerende instelling,
NMi Certin, 15 november 2024

Certificatiebestuur

**NMi Certin B.V.**
Thijsseweg 11
2629 JA Delft
Nederland
T +31 (0)88 636 2332
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

Dit document is digitaal getekend en verzegeld. De digitale handtekening kan geverifieerd worden via de blauwe balk bovenin de elektronische versie van dit certificaat.