



# VERKLARING

nummer 4057156.00069.3  
blad 1 van 1

|                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvrager       | Politie Oost-Nederland<br>Arnhemseweg 348<br>7334 AC Apeldoorn                                                                                                                                                   |
| Aangeboden      | Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek<br>fabrikaat : Turnkey Instruments<br>type : Tintman<br>typegoedkeuringsnummer : TP7611<br>serienummer : 1891<br>meetbereik : 0-100 % transmittantie |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 16 juni 2026.                                                                                                                                                                     |
| Resultaat       | Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeters aan de <i>Regeling meetmiddelen politie 2022</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeters</i> .                                             |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.                                                                                                   |
| Opmerking       | Deze verklaring vervalt op 16 juni 2027 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 16 juni 2026

Certificatiebestuur