

VERKLARING

nummer 4057156.00040.1

blad 1 van 1

Aanvrager Politie Oost-Nederland
Arnhemseweg 348
7334 AC Apeldoorn

Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek
------------	---

fabrikaat : Turnkey Instruments
type : Tintman
typegoedkeuringsnummer : TP7611
serienummer : 1896
meetbereik : 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 16 april 2026.

Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidmeters aan de <i>Regeling meetmiddelen politie 2022</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidmeters</i> .
-----------	--

Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
-----------------	--

Opmerking	Deze verklaring vervalt op 16 april 2027 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.
-----------	---

De certificerende instelling,
NMI Certin, 16 april 2026

Certificatiebestuur