

VERKLARING

nummer 4057156.00035.2
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Oost-Nederland
Arnhemseweg 348
7334 AC Apeldoorn

Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek
------------	---

fabrikaat : Turnkey Instruments
type : Tintman
typegoedkeuringsnummer : TP7611
serienummer : 2393
meetbereik : 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 2 april 2026.

Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeters aan de <i>Regeling meetmiddelen politie 2022</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeters</i> .
-----------	--

Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
-----------------	--

Opmerking	Deze verklaring vervalt op 2 april 2027 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.
-----------	--

De certificerende instelling,
NMI Certin, 2 april 2026

Certificatiebestuur