

VERKLARING

nummer 3909579.00042.1
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Oost-Nederland
 Arnhemseweg 348
 7334 AC Apeldoorn

Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek
fabrikaat	: Turnkey Instruments
type	: Tintman
typegoedkeuringsnummer	: TP7611
serienummer	: 2395
meetbereik	: 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 14 mei 2025.

Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeters aan de <i>Regeling meetmiddelen politie 2022</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeters</i> .
-----------	--

Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
-----------------	--

Opmerking	Deze verklaring vervalt op 14 mei 2026 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.
-----------	---

De certificerende instelling,
NMI Certin, 14 mei 2025

Certificatiebestuur