



VERKLARING

nummer 4057156.00040.2

blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Oost-Nederland Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn
Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Turnkey Instruments type : Tintman typegoedkeuringsnummer : TP7611 serienummer : 1676 meetbereik : 0-100 % transmittantie
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 16 april 2026.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidmeters aan de <i>Regeling meetmiddelen politie 2022</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidmeters</i> .
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt op 16 april 2027 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 16 april 2026

Certificatiebestuur