VERKLARING

nummer 3761289.00109.4
blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Midden-Nederland Kroonstraat 25 3511 RC Utrecht
Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat	:	Turnkey Instruments
type	:	Tintman
typegoedkeuringsnummer	:	TP7611
serienummer	:	1704
meetbereik	:	0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 12 december 2024.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidmeters aan de *Regeling meetmiddelen politie 2022* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidmeters*.
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt op 12 december 2025 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMi Certin, 12 december 2024

Certificatiebestuur

NMi Certin B.V.
Thijsseweg 11
2629 JA Delft
Nederland
T +31 (0)88 636 2332
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

Dit document is digitaal getekend en verzegeld. De digitale handtekening kan geverifieerd worden via de blauwe balk bovenin de elektronische versie van dit certificaat.