



VERKLARING

nummer 4057153.00003.1

blad 1 van 1

Aanvrager Draeger Nederland BV
 Postbus 874
 2700 AW ZOETERMEER

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek.

 fabrikaat : Dräger Nederland B.V.
 type : Alcotest 9510
 serienummer : ARMB-0023
 typegoedkeuringsnummer : T7802
 kalibratienummer : 19

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 9 juni 2026.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften
 zoals genoemd in de Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het
 verkeer.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire
 en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling
 of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor
 de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 9 juni 2026

Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMI Certin B.V.
Thijsseweg 11
2629 JA Delft
Nederland
T +31 (0)88 636 2332
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het
voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid
wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring
geeft voor elke aansprakelijkheid jegens
derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

Dit document is digitaal getekend en verzegeld. De digitale
handtekening kan geverifieerd worden via de blauwe balk
bovenin de elektronische versie van dit certificaat.

