



VERKLARING

nummer 4023724.1-2513970.1

blad 1 van 1

Aanvrager
Politie - 105894
Katschiplaan 10
2496 ZN Den Haag

Aangeboden
Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek.
fabrikaat : Dräger
type : Alcotest 9510
serienummer : ARMB-0021
typegoedkeuringsnummer : T7802
kalibratienummer : 14

Onderzoeksdatum
Het onderzoek werd verricht op 09-12-2025.

Resultaat
Bij het onderzoek inclusief een concentratie voor beginnend bestuurder voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de Regeling ademanalyse.

Herleidbaarheid
De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking
Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De keuringsinstelling,
NMI Certin, 09-12-2025

Certificatiebestuur