



# VERKLARING

nummer 4023724.1-2513949.1

blad 1 van 1

- Aanvrager Politie - 105894  
Katschiplaan 10  
2496 ZN Den Haag
- Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek.  
fabrikaat : Dräger  
type : Alcotest 9510  
serienummer : ARKH-0035  
typegoedkeuringsnummer : T7802  
kalibratienummer : 23
- Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 10-12-2025.
- Resultaat Bij het onderzoek inclusief een concentratie voor beginnend bestuurder voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de Regeling ademanalyse.
- Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering ind...