



# VERKLARING

nummer 4023724.1-2513956.1  
blad 1 van 1

Aanvrager Politie - 105894  
Katschiplaan 10  
2496 ZN Den Haag

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek.  
fabrikaat : Dräger  
type : Alcotest 9510  
serienummer : ARKK-0116  
typegoedkeuringsnummer : T7802  
kalibratienummer : 25

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 09-12-2025.

Resultaat Bij het onderzoek inclusief een concentratie voor beginnend bestuurder voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de Regeling ademanalyse.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De keuringsinstelling,  
NMI Certin, 09-12-2025

Certificatiebestuur