

Aanvrager	Politie Den Haag Katschiplaan 10 2496 ZN 'S-GRAVENHAGE
Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Dräger type : Alcotest 9510 serienummer : ARKL-0008 typegoedkeuringsnummer : T7802 kalibratienummer : 12
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 11 juni 2026.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 11 juni 2026

Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIEN IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.