

nummer 4123456.00501.15  
blad 1 van 1

|                 |  |
|-----------------|--|
| Aanvrager       | Politie Den Haag<br>Katschiplaan 10<br>2496 ZN 'S-GRAVENHAGE   |
| Aangeboden      | Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek<br>fabrikaat : Dräger<br>type : Alcotest 9510<br>serienummer : ARKK-0112<br>typegoedkeuringsnummer : T7802<br>kalibratienummer : 16   |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 11 juni 2026.   |
| Resultaat       | Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.  |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.   |
| Opmerking       | Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 11 juni 2026

Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**