



Service Partner in
Sound & Vibration



KALIBRATIECERTIFICAAT

Certificaat Nr. EN26-00294-b

Kalibratie van

Geluidsniveaumeter	:	B&K 2250-L	S/N:	3030166	ID: 21030541
Microfoon	:	B&K 4950	S/N:	3266670	
Voorversterker	:	B&K ZC 0032	S/N:	31145	
Bijhorende kalibrator	:	B&K 4231	S/N:	3027481	

Klant

Naam	:	Politie Regio Den Haag
Adres	:	Katschiplaan 10 2496 ZN 's Gravenhage -- NL

Kalibratiecondities

Conditionering	:	4 uur aan 23°C ± 3°C
Omgevingscondities	:	Luchtdruk: 1017 hPa Vochtigheid: 52,9 % RH Temperatuur: 23 °C

Specificaties

Periodische testen zijn uitgevoerd in overeenstemming met procedures van IEC 61672-3:2013 Class 1.

Op het moment van kalibratie bevestigt dit certificaat dat alleen het bovenstaande product werd gekalibreerd en geaccrediteerd volgens de norm ISO / IEC17025:2017 "Algemene vereisten voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria", in het laboratorium van ENMO Services bv.

Met geplande intervallen zijn ENMO-kalibratiestandaarden geverifieerd en traceerbaar naar nationale en internationale standaarden.

Procedure

De metingen zijn uitgevoerd volgens procedure TP02v1 - PSoundLevelMeter-2013-B

Resultaten

Kalibratiemodus	:	Kalibratie als ontvangen
Resultaat	:	The sound level meter submitted for testing successfully completed the periodic tests of IEC 61672-3:2013, for the environmental conditions under which the tests were performed. As evidence was publicly available, from an independent testing organization responsible for approving the results of pattern-evaluation tests performed in accordance with IEC 61672-2:2013, to demonstrate that the model of sound level meter fully conformed to the class 1 specifications in IEC 61672-1:2013, the sound level meter submitted for testing conforms to the class 1 specifications of IEC 61672-1:2013.

Kalibratiedatum	:	15/09/2026
Afgiftedatum	:	15/09/2026
Gekalibreerd door	:	Joeri Scheyltjens Service Engineer
Geauthoriseerd door	:	Stijn Schepers Lab Manager

ENMO SERVICES bv
Antwerpsesteenweg 49
2350 Vosselaar, België

Onderdelen van het certificaat, kalibratieprocedures en /
of rapportjablonen mogen alleen worden
gereproduceerd na schriftelijke toestemming. *