



VERKLARING

nummer 4057156.00009.1
blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Den Haag Katschiplaan 10 2496 ZN Den Haag
Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een eerste onderzoek fabrikaat : Turnkey Instruments type : Tintman typegoedkeuringsnummer : TP7611 serienummer : 2435 meetbereik : 0-100 % transmittantie
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 22 januari 2026.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeters aan de <i>Regeling meetmiddelen politie 2022</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeters</i> .
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt op 22 januari 2027 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 22 januari 2026

Certificatiebestuur