



VERKLARING

nummer 40533905.1-2532125.1
blad 1 van 1

Aanvrager

Politie - 105894
Valkeslootlaan 6
4461 SE Goes

Aangeboden

Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek.

fabrikaat

: Dräger

type

: Alcotest 9510

serienummer

: ARKK-0083

typegoedkeuringsnummer

: T7802

kalibratienummer

: 15

Onderzoeksdatum

Het onderzoek werd verricht op 04-02-2026.

Resultaat

Bij het onderzoek inclusief een concentratie voor beginnend bestuurder in
voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in
de Regeling ademanalyse.

Herleidbaarheid

De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire
en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking

Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling
of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor
de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De keuringsinstelling,
NMI Certin, 04-02-2026

Certificatiebestuur

NMI Certin B.V.

Thijssesweg 11

2629 JA Delft

Nederland

T +31 (0)88 636 2332

keuringen@nmi.nl

www.nmi.nl

Dit document wordt versprekt onder het

voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid

wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring

geeft voor elke aansprakelijkheid jegens

derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

Dit document is digitaal getekend en verzegeld. De

digitale

handtekening kan geverifieerd worden via de blauwe balk

bovenin de elektronische versie van dit certificaat.

