ENMO SERVICES | Service Partner in Sound & Vibration

617-CAL
EN ISO/IEC 17025:2017

# KALIBRATIECERTIFICAAT

**Certificaat Nr. EN25-00153-c**

## Kalibratie van

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geluidsniveaumeter | : | B&K 2250-L | S/N: | 3030469 | ID: 23030529 |
| Microfoon | : | B&K 4950 | S/N: | 3325742 | |
| Voorversterker | : | B&K ZC 0032 | S/N: | 31370 | |
| Bijhorende kalibrator | : | B&K 4231 | S/N: | 3029433 | |

## Klant

| | | |
|---|---|---|
| Naam | : | Politie Zeeland West-Brabant |
| Adres | : | Schapenweide 50<br>4824 AN BREDA -- NL |

## Kalibratiecondities

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conditionering | : | 4 uur aan 23°C ± 3°C | | |
| Omgevingscondities | : | Luchtdruk: 997 hPa | Vochtigheid: 35,2 % RH | Temperatuur: 22 °C |

## Specificaties

Periodische testen zijn uitgevoerd in overeenstemming met procedures van IEC 61672-3:2013 Class 1.

Op het moment van kalibratie bevestigt dit certificaat dat alleen het bovenstaande product werd gekalibreerd en geaccrediteerd volgens de norm ISO / IEC17025:2017 "Algemene vereisten voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria", in het laboratorium van ENMO Services bv.

Met geplande intervallen zijn ENMO-kalibratiestandaarden geverifieerd en traceerbaar naar nationale en internationale standaarden.

## Procedure

De metingen zijn uitgevoerd volgens procedure P-SoundLevelMeter-2013-B

## Resultaten

| | | |
|---|---|---|
| Kalibratiemodus | : | **Kalibratie als ontvangen** |
| Resultaat | : | The sound level meter submitted for testing successfully completed the periodic tests of IEC 61672-3:2013, for the environmental conditions under which the tests were performed. As evidence was publicly available, from an independent testing organization responsible for approving the results of pattern-evaluation tests performed in accordance with IEC 61672-2:2013, to demonstrate that the model of sound level meter fully conformed to the class 1 specifications in IEC 61672-1:2013, the sound level meter submitted for testing conforms to the class 1 specifications of IEC 61672-1:2013. |

| | | |
|---|---|---|
| Kalibratiedatum | : | 13/03/2025 |
| Afgiftedatum | : | 13/03/2025 |
| Gekalibreerd door | : | Toon Aerts<br>Service Engineer |
| Geauthoriseerd door | : | Stijn Schepers<br>Lab Manager |

ENMO SERVICES bv
Antwerpsesteenweg 49
2350 Vosselaar, België

Onderdelen van het certificaat, kalibratieprocedures en / of rapportsjablonen mogen alleen worden gereproduceerd na schriftelijke toestemming.