



VERKLARING

nummer 4057156.00060.1
blad 1 van 1

| | |
|-----------------|--|
| Aanvrager | Politie Oost-Brabant De beverspijken 1 5221 EE 'S-Hertogenbosch |
| Aangeboden | Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Turnkey Instruments type : Tintman typegoedkeuringsnummer : TP7611 serienummer : 1651 meetbereik : 0-100 % transmittantie |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 28 mei 2026. |
| Resultaat | Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeters aan de <i>Regeling meetmiddelen politie 2022</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeters</i> . |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden. |
| Opmerking | Deze verklaring vervalt op 28 mei 2027 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De certificerende instelling,
NMI Certin, 28 mei 2026

Certificatiebestuur