

VERKLARING

nummer 4057156.00083.1
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Oost-Brabant
De beverspijken 1
5221 EE 'S-Hertogenbosch

Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek
------------	---

fabrikaat	:	Turnkey Instruments
type	:	Tintman
typegoedkeuringsnummer	:	TP7611
serienummer	:	2422
meetbereik	:	0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 14 augustus 2026.

Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeters aan de <i>Regeling meetmiddelen politie 2022</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeters</i> .
-----------	--

Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
-----------------	--

Opmerking	Deze verklaring vervalt op 14 augustus 2027 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.
-----------	--

De certificerende instelling,
NMI Certin, 14 augustus 2026

Certificatiebestuur