

nummer 4130014.00501.1
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Limburg
Rijnbeekstraat 1
5913 GA VENLO

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

fabrikaat	: Dräger
type	: Alcotest 9510
serienummer	: ARKD-0055
typegoedkeuringsnummer	: T7802
kalibratienummer	: 15

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 7 juli 2026.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 7 juli 2026

Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.