

# VERKLARING

nummer 3809285.1-2388441.1

blad 1 van 1

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvrager                                        | Politie - 105894<br>Beekstraat 32<br>5981 AS Panningen                                                                                                                                                                           |
| Aangeboden                                       | Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek.<br><br>fabrikaat : Dräger<br>type : Alcotest 9510<br>serienummer : ARKH-0001<br>typegoedkeuringsnummer : T7802<br>kalibratienummer : 12                                    |
| Onderzoeksdatum                                  | Het onderzoek werd verricht op 04-07-2024.                                                                                                                                                                                       |
| Resultaat                                        | Bij het onderzoek inclusief een concentratie voor beginnend bestuurder voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de Regeling ademanalyse.                                                           |
| Herleidbaarheid                                  | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.                                                                                                                   |
| Opmerking                                        | Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |
| De keuringsinstelling,<br>NMI Certin, 04-07-2024 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certificatiebestuur                              |                                                                                                                                                                                                                                  |

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

**NMi Certin B.V.**  
Thijssseweg 11  
2629 JA Delft  
Nederland  
T +31 (0)88 636 2332  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

Dit document is digitaal getekend en verzegeld. De digitale handtekening kan geverifieerd worden via de blauwe balk bovenin de elektronische versie van dit certificaat.

