

VERKLARING

nummer 4039276.1-2523512.1

blad 1 van 1

Aanvrager Politie - 105894
Stationstraat 13e
6411 NH Heerlen

Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek.
------------	---

fabrikaat	: Dräger
type	: Alcotest 9510
serienummer	: ARKD-0049
typegoedkeuringsnummer	: T7802
kalibratienummer	: 14

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 07-01-2026.

Resultaat	Bij het onderzoek inclusief een concentratie voor beginnend bestuurder voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de Regeling ademanalyse.
-----------	--

Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
-----------------	--

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.g. afstellingen zijn verzegeld.

De keuringsinstelling,
NMI Certin, 07-01-2026

Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMi Certin B.V.
Thijssseweg 11
2629 JA Delft
Nederland
T +31 (0)88 636 2332
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

Dit document is digitaal getekend en verzegeld. De digitale handtekening kan geverifieerd worden via de blauwe balk bovenin de elektronische versie van dit certificaat.

