



VERKLARING

nummer 3625676.00001.3
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Limburg
Tunnelweg 113
6468 EJ Kerkrade

Aangeboden Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat	: Turnkey Instruments
type	: Tintman
typegoedkeuringsnummer	: TP7611
serienummer	: 1558
meetbereik	: 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 15 maart 2023.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeter aan de *Regeling meetmiddelen politie 2022* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeter*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 15 maart 2024 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 15 maart 2023

Certificatiebestuur