



VERKLARING

nummer 4057156.00016.1
blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Limburg Tunnelweg 113 6468 EJ Kerkrade
Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Turnkey Instruments type : Tintman typegoedkeuringsnummer : TP7611 serienummer : 1647 meetbereik : 0-100 % transmittantie
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 5 maart 2026.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeter aan de <i>Regeling meetmiddelen politie 2022</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeter</i> .
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt op 5 maart 2027 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 5 maart 2026

Certificatiebestuur