

# VERKLARING

nummer 3625679.00026.8

blad 1 van 1

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvrager                                                    | MD Techniek BV<br>Neon 15-P<br>4751 XA OUD GASTEL                                                                                                                                                                   |
| Aangeboden                                                   | Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek<br><br>fabrikaat : HAENNI<br>type : WL 108<br>serienummer : 47<br>weegvermogen : 10.000 kg<br>afleeseenheid : 50 kg<br>typegoedkeuringsnummer : CH-W1-17023-00-EN     |
| Onderzoeksdatum                                              | Het onderzoek werd verricht op 12 oktober 2023.                                                                                                                                                                     |
| Resultaat                                                    | Bij het onderzoek voldeed de wiellastmeter aan de <i>Regeling meetmiddelen politie 2022</i> .                                                                                                                       |
| Herleidbaarheid                                              | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.                                                                                                      |
| Opmerking                                                    | Deze verklaring vervalt op 12 oktober 2024 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |
| De certificerende instelling,<br>NMI Certin, 12 oktober 2023 |                                                                                                                                                                                                                     |
| Certificatiebestuur                                          |                                                                                                                                                                                                                     |